Приложение

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

_____С.В.Перцев
«15» _____2023г.

Техническое задание
на закупку комплекта осциллографа цифрового пишущего (аналог АКИП-75442D MSO)

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Комплект осциллограф цифровой пишущий | |
| | Количество аналоговых каналов, не менее | 4 |
| | Максимальная частота | 60 МГц |
| | Частота дискретизации | 1 ГГц на канал |
| | Объем памяти | Не менее 128 МБ |
| | Наличие цифровой регистрации на ПК | Да |
| | Триггер записи | По фронту, по длительности импульса, по времени, по шаблону |
| | Интерфейсы | USB |
| | Программное обеспечение для ПК | Да, запись на ПК, просмотр и сохранение осциллограммы, управление |
| | Пробник дифференциальный высоковольтный | Кол-во: 4 шт, Максимальное напряжение не менее 1 кВ, полоса пропускания не менее 30 МГц, разъем защищенный BNC, изоляция не хуже CAT III |
| | Токоизмерительный пробник - размыкаемая петля трехфазный | Кол-во: 1 шт, максимальный измеряемый ток 3 кА, входное сопротивление 5 МОм разъем 3 х защищенный BNC,изоляция не хуже CAT III, длина кабеля не менее 1 м |
| | Токоизмерительный пробник - размыкаемая петля однофазный | Кол-во: 1 шт, максимальный измеряемый ток 3 кА, разъем защищенный BNC, изоляция не хуже CAT III, длина кабеля не менее 2 м |
| | Токоизмерительный пробник размыкаемые клещи однофазный | Кол-во: 1 шт, максимальный измеряемый ток от 0,1 до 2000 А, разъем защищенный BNC, изоляция не хуже CAT III, длина кабеля не менее 2 м |
| | Дополнительно | Сумка или кейс для хранения |

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем Е.Л.Телюк

Главный технолог В.Г.Дмитроченков