УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

_____С.В.Перцев
«15» _____2023г.

Техническое задание
на закупку комплекта клещей токоизмерительных (аналог Fluke i310s)

1	Комплект клещей токоизмерительных	
	Количество клещей в комплекте	4
	Тип	Разъемные токовые
	Диапазон измерения для переменного тока	0,05 – 30 А и 0,1 – 300 А , 1,5 %
	Диапазон измерения для постоянного тока	0,05 – 45 А и 0,1 – 450 А , 1,5 %
	Длина кабеля	Не менее 2 м
	Тип выходного разъема	Защищенный BNC с возможностью подключения к Fluke 190
	Диапазон рабочей температуры	-10°С до 40°С
	Дополнительно	Сумка для хранения

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем Е.Л.Телюк

Главный технолог В.Г.Дмитроченков