

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

_____ С.В.Перцев
«__» _____ 2022г.

Техническое задание
на закупку токоизмерительного датчика (аналог I310s)

1	Токоизмерительный датчик (аналог I310s)	
	Количество	4
	Диапазон измеряемого тока	30 и 300 А переменного тока или $\pm 45, \pm 450$ А пост. тока
	Чувствительность выхода	от 10 мВ/А (40 А) до 1 мВ/А (400 А)
	Разрешение	от ± 50 мА (40 А) до ± 100 мА (400 А)
	Сопротивление нагрузки	> 10 кОм и < 100 пФ
	Диапазон частот	от постоянного тока до 20 кГц
	Сдвиг фазы при частоте ниже 1 кГц	не более 2°
	Температурный коэффициент	$\pm 0.1\%$ от показания на каждый $^\circ\text{C}$
	Питание	щелочная батарейка 9 В
	Совместимость	осциллограф Fluke ScopeMeter 190-204
	Защитный футляр	да
	Код ОКРБ	26.51.43

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем

Е.Л.Телюк

Главный технолог

В.Г.Дмитроченков