

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»


С.В.Перцев
«__» _____ 2022г.

Техническое задание
на закупку комплекта токовых клещей для переменного тока из трех датчиков (аналог i3000s Flex-24)

1	<i>Комплект токовых клещей для переменного тока из трех датчиков (аналог i3000s Flex-24)</i>	
	Количество	1 комплект
	Диапазон измеряемого тока	30 А, 300 А, 3000 А
	Чувствительность выхода	1, 10, 100 мВ/А
	Сопротивление нагрузки	не менее 100 кОм
	Точность	±1% полного диапазона (45 – 65 Гц)
	Линейность	±0.2% от показаний
	Уровень шумов	8 мВ (30 А), 2 мВ (300, 3000 А)
	Фазовая ошибка	не более ±1° (45 – 65 Гц)
	Чувствительность	±2 % диапазона
	Питание	щелочные батареи
	Температурный коэффициент	±0.08% от показания на каждый °С
	Длина кабеля головки	610 мм
	Совместимость	осциллограф Fluke ScopeMeter 190-204
	Защитный футляр	да
Код ОКРБ	26.51.43	

Начальник отдела режимной
автоматики и электрических систем



Е.Л.Телюк

Главный технолог



В.Г.Дмитроченков